

✓ اگر شما دارای هر کدام از موارد ذکر شده در زیر هستید، قبل از ام آر آی با مرکز آزمایش خود تماس گرفته و آنها را مطلع سازید. مسئولیت اطلاع رسانی از وجود این موارد به مسئولان مربوطه، به عهده خود شما می‌باشد.

✓ در حین انجام ام آر آی ممکن است صدای بندی از دستگاه شنیده شود که طبیعی است و نباید موجب نگرانی شما شود. ممکن است قبل از انجام ام آر آی بر روی گوش‌های شما گوشی گذاشته شود تا صدای کمتری به گوش‌تان برسد.

✓ سابقه کار با فلز

✓ گرم شدن ناحیه اسکن شده در حین ام آر آی طبیعی است.

✓ وجود فلز در چشم

✓ شما در اطاق ام آر آی تنها هستید ولی تکنیسین ام آر آی در اتاقی مجاور اتاق اسکن می‌رود از طریق پنجره‌ای مشترک بین دو اتاق شما را تحت نظر می‌گیرد. پس هر گاه به کمک احتیاج داشتید صحبت کرده و آن را بگویید.

✓ بورس و یا گلوله در هر جای بدن شما

✓ این آزمون معمولاً ۱ تا ۲ ساعت طول می‌کشد.

✓ پیس میکر، کاردیوورتر، دفیبریلاتور یا کلیپس‌های آنوریسم

✓ سیم پیچ آمبولیزاسیون

✓ جایگزینی دریچه قلب یا استنت‌های قلبی

## ❖ نکات قابل توجه بعد از عکس برداری تشخیصی

✓ به شما برای خروج از تخت ام آر آی کمک خواهند کرد.

✓ ممکن است از شما خواسته شود پس از اتمام تصویربرداری کمی منتظر بمانید تا در صورت واضح نبودن تصویر گرفته شده، کلیه مراحل ام آر آی دوباره تکرار شود.

✓ در اغلب اوقات پس از ام آر آی دچار هیچ گونه عوارضی نمی‌شود. این روش عکس برداری، بدون درد و کاملاً ایمن است.

✓ شما می‌توانید رژیم غذایی و فعالیت‌های عادی خود را بالاصله پس از ام آر آی از سر بگیرید.

## ❖ دریافت نتایج عکس برداری تشخیصی

دکتر رادیولوژیست اسکن شما را مطالعه کرده و نتایج را به دکتر شما گزارش می‌دهد. دکتر شما در مورد نتایج با شما صحبت می‌کند. از دکتر خود یا مرکز آزمون در مورد چگونگی دریافت نتایج آزمون خود سوال کنید.

## ❖ هشدار

✓ برخی موقع برای به دست آوردن تصویر واضح از رگ‌های بدن ماده حاجب (نوعی رنگ خاص) به درون رگ‌ها تزریق می‌شود. به ندرت برخی از بیماران ممکن است به این مواد آلرژی داشته باشند اما در صورت بروز علایمی از قبیل گرما، طعم و مزه نمک یا فلز در دهان، حالت تهوع، تنگی نفس، خارش یا عطسه پس از تزریق ماده ذکر شده حتماً مسئول مربوطه را در جریان بگذارید. در برخی موارد وجود این علایم طبیعی است و جای نگرانی ندارد.